

Dossier :

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
CALIBRATION CERTIFICATE

N°26M0274

DÉLIVRÉ À : PESAGE MIDI PYRENEES - 44, Av. Jean MOULIN - 31322 Castanet-Tolosan
ISSUED TO

INSTRUMENT ÉTALONNÉ
CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : Série de 16 poids de 1 g à 5 kg
Designation

Constructeur : ZWIEBEL (LZ), LZ
Manufacturer

Matière : acier inoxydable, laiton
Material

Forme : cylindrique
Shape

N° de série ou du lot : 8
Serial number

N° d'identification : Voir ci-après
Identification number

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE

Les opérations d'étalonnages sont effectuées dans le Laboratoire de ARTEMIS, dans les conditions thermiques, hygrométriques et barométriques suivantes :

Température	20°C ± 10°C
Pression atmosphérique	1000 hPa ± 100 hPa
Hygrométrie	De 0% à 100%

Date d'émission : 27/05/2026
Date of issue

Ce certificat comprend 3 pages
This certificate includes 3 pages

LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE
THE HEAD OF THE LABORATORY



SCHEUBER Christine

MODE OPÉRATOIRE

Les masses sont étalonnées par comparaison à des masses étalons de travail raccordées aux masses de référence du laboratoire.

La méthode d'estimation de l'écart entre la masse étalon de travail E et la masse à étalonner M comporte une série de comparaisons EMME.

REMARQUE

Les résultats des mesures sont donnés en valeur conventionnelle conformément à la réglementation.

La valeur conventionnelle est définie dans la Recommandation Internationale D28 de l'OIML.

RÉSULTAT DE L'ÉTALONNAGE

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Les incertitudes-types ont été calculées en tenant comptes des différentes composantes d'incertitudes, étalons de référence, moyen d'étalonnage, conditions d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, répétabilité...

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle	Incertitude	Intervention
ZF88B	1 g	1,000 43 g	0,33 mg	
8	2 g	2,000 31 g	0,40 mg	
8.	2 g	1,999 97 g	0,40 mg	
8	5 g	4,999 66 g	0,53 mg	
ZX5G	10 g	9,999 75 g	0,66 mg	
8	20 g	20,000 15 g	0,83 mg	
8.	20 g	19,999 23 g	0,83 mg	
8	50 g	50,000 5 g	1,0 mg	
1	100 g	100,000 2 g	1,6 mg	
8	200 g	199,996 9 g	3,3 mg	
8.	200 g	199,997 4 g	3,3 mg	
8	500 g	499,994 4 g	8,3 mg	
1	1 kg	1,000 020 kg	16 mg	Ajustage
8.	2 kg	2,000 031 kg	33 mg	Ajustage
8..	2 kg	1,999 960 kg	33 mg	
6	5 kg	4,999 911 kg	83 mg	

Étalonnage réalisé par l'opérateur : *POMAREL Frédéric*

Date de l'étalonnage : 26/05/2026

La délivrance d'un certificat d'étalonnage portant le logotype Cofrac-Étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unités SI.

La Section Étalonnage du COFRAC est l'un des signataires de l'accord multilatéral de EA (European Co-operation for Accreditation) de reconnaissance de l'équivalence des certificats d'étalonnage.

----- Fin du certificat -----

Dossier :

CONSTAT DE VÉRIFICATION

VERIFICATION CERTIFICATE

N°C-26M0274

DÉLIVRÉ À : PESAGE MIDI PYRENEES - 44, Av. Jean MOULIN - 31322 Castanet-Tolosan
ISSUED TO

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT

IDENTIFICATION OF THE INSTRUMENT

Désignation : Série de 16 poids de 1 g à 5 kg
Designation

Constructeur : ZWIEBEL (LZ), LZ
Manufacturer

Matière : acier inoxydable, laiton
Material

Forme : cylindrique
Shape

N° de série ou du lot : 8
Serial number

N° d'identification : Voir ci-après
Identification number

CONDITIONS DE VÉRIFICATION

CONDITIONS OF VERIFICATION

Norme ou texte de référence : Décision n° 10.00.600.001.1 du 28 juin 2010
Reference standard or document relative aux étalons dans le domaine du pesage

Procédure interne de vérification : PR ETAL M
Internal verification procedure


Conditions d'environnement : Sans influence sur le classement
Environmental conditions

Date de la vérification : 26/05/2026
Date of verification

Date d'émission du constat : 27/05/2026
Date of issue

Ce document comprend 2 pages
This document includes 2 pages

LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE
THE HEAD OF THE LABORATORY



SCHEUBER Christine

CONSTAT :
 STATEMENT

Il a été constaté que l'erreur de justesse (Ej) des masses ci-après identifiées (sauf celles non classées), augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure ou égale à l'erreur maximale tolérée (EMT) pour la classe définie par le texte cité en référence.

$$|Ej| + |U| \leq |EMT|$$

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Identification	Masse nominale	Classe	Masse conventionnelle avant intervention
ZF88B	1 g	M1	
8	2 g	M1	
8.	2 g	M1	
8	5 g	M1	
ZX5G	10 g	M1	
8	20 g	M1	
8.	20 g	M1	
8	50 g	M1	
1	100 g	M1	
8	200 g	M1	
8.	200 g	M1	
8	500 g	M1	
1	1 kg	M1 après ajustage	0,999 961 kg
8.	2 kg	M1 après ajustage	1,999 930 kg
8..	2 kg	M1	
6	5 kg	M1	

CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA VÉRIFICATION :

Sans objet

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Sans objet