

Dossier :

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

CALIBRATION CERTIFICATE

N° 21M0320

DELIVRE A : ARTEMIS - PESAGE MIDI PYRENEES F-31322 CASTANET TOLOSAN Cedex
ISSUED TO :

INSTRUMENT ETALONNE
CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : Lot de 23 poids de 20 kg
Designation :

Constructeur : INCONNU
Manufacturer :

Type : FONTE
Type :

N° de série/lot : NOIRS
Serial number :

N° d'identification : Voir ci-après
Identification number :

Date d'émission : 18 juin 2021
Date of issue :

LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE
THE HEAD OF THE LABORATORY



SCHEUBER Christine

Ce certificat comprend 3 pages
This certificate includes 3 pages

DESCRIPTION DU MATERIEL ETALONNE

Lot de poids parallélépipédiques en fonte revêtus d'une peinture noire

CONDITIONS D'ETALONNAGE

Les opérations d'étalonnages sont effectuées dans le Laboratoire de ARTEMIS, dans les conditions thermiques, hygrométriques et barométriques suivantes :

- température : $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
- hygrométrie : de 0% à 100%
- pression atmosphérique : $984 \text{ hPa} \pm 24 \text{ hPa}$

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées par comparaison à des masses étalons de travail raccordées aux masses de référence du laboratoire.

La méthode d'estimation de l'écart entre la masse étalon de travail E et la masse à étalonner M comporte une série de comparaisons EMME.

REMARQUE

Les résultats des mesures sont donnés en valeur conventionnelle conformément à la réglementation.

La valeur conventionnelle est définie dans la Recommandation Internationale D28 de l'OIML.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE :

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée. Les incertitudes-types ont été calculées en tenant comptes des différentes composantes d'incertitudes, étalons de référence, moyen d'étalonnage, conditions d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, répétabilité ...

Masse nominale	Masse conventionnelle	Incertitude	Identification Marquage	Remarques
20 000 g	20 000,48 g	0,33 g	N01	
20 000 g	20 000,31 g	0,33 g	N02	
20 000 g	19 999,97 g	0,33 g	N03	
20 000 g	20 000,54 g	0,33 g	N04	
20 000 g	19 999,86 g	0,33 g	N05	
20 000 g	20 000,05 g	0,33 g	N06	
20 000 g	19 999,77 g	0,33 g	N07	
20 000 g	20 000,40 g	0,33 g	N08	
20 000 g	19 999,45 g	0,33 g	N09	
20 000 g	20 000,22 g	0,33 g	N10	
20 000 g	19 999,75 g	0,33 g	N11	
20 000 g	20 000,43 g	0,33 g	N12	
20 000 g	19 999,75 g	0,33 g	N13	
20 000 g	19 999,61 g	0,33 g	N14	
20 000 g	19 999,89 g	0,33 g	N15	
20 000 g	19 999,44 g	0,33 g	N16	
20 000 g	19 999,55 g	0,33 g	N17	
20 000 g	20 000,25 g	0,33 g	N18	
20 000 g	19 999,94 g	0,33 g	N19	
20 000 g	19 999,62 g	0,33 g	N20	
20 000 g	19 999,53 g	0,33 g	N21	
20 000 g	20 000,12 g	0,33 g	N22	
20 000 g	19 999,75 g	0,33 g	N23	

Etalonnage réalisé par l'opérateur : *Laurent MONTEAGUDO*

Date de l'étalonnage : 17/06/2021

La délivrance d'un certificat d'étalonnage portant le logotype Cofrac-Etalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unités SI.

La Section Etalonnage du COFRAC est l'un des signataires de l'accord multilatéral de EA (European Co-operation for Accreditation) de reconnaissance de l'équivalence des certificats d'étalonnage.

Dossier :

CONSTAT DE VERIFICATION
VERIFICATION CERTIFICATE
N° C-21M0320

DELIVRE A : ARTEMIS - PESAGE MIDI PYRENEES F-31322 CASTANET TOLOSAN Cedex
ISSUED TO :

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT
IDENTIFICATION OF THE INSTRUMENT

Désignation : Lot de 23 poids de 20 kg
Designation :

Constructeur : INCONNU
Manufacturer :

Type : FONTE
Type :

N° de série/lot : NOIRS
Serial number :

N° d'identification : Voir ci-après
Identification number :

CONDITIONS DE VERIFICATION
CONDITIONS OF VERIFICATION

Norme ou texte de référence : Décision n° 10.00.600.001.1 du 28 juin 2010
Reference standard or document : relative aux étalons dans le domaine du pesage

Procédure interne de vérification : PR ETAL M
Internal verification procedure :

Conditions d'environnement : Sans influence sur le classement
Environmental conditions :

Date de la vérification : 17/06/2021
Date of verification :

Date d'émission du constat : 18/06/21
Date of issue :

LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE
THE HEAD OF THE LABORATORY

Ce document comprend 2 pages
This document includes 2 pages



SCHUEBER Christine



LA DELIVRANCE D'UN CONSTAT DE VERIFICATION PORTANT LE LOGOTYPE COFRAC-
ETALONNAGE GARANTIT LE RACCORDEMENT DES RESULTATS D' ETALONNAGE AU SYSTEME
INTERNATIONAL D' UNITES SI
LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N'EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE
PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL

TRACEABILITY OF THE CALIBRATION RESULTS TO THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS SI IS
GUARANTEED BY A VERIFICATION CERTIFICATE WITH COFRAC LOGOTYPE
THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL BY PHOTOGRAPHIC
PROCESS

Accréditation n°2.1285
Portée disponible sur www.cofrac.fr

CONSTAT :
STATEMENT.

Il a été constaté que l'erreur de justesse (Ej) des masses ci-après identifiées (sauf celles non classées), augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure ou égale à l'erreur maximale tolérée (EMT) pour la classe définie par le texte cité en référence.

$$|Ej| + |U| \leq EMT$$

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Identification des masses	Masse nominale	Classe	Masse conventionnelle avant intervention
N01	20 000 g	M1	
N02	20 000 g	M1	
N03	20 000 g	M1	
N04	20 000 g	M1	
N05	20 000 g	M1	
N06	20 000 g	M1	
N07	20 000 g	M1	
N08	20 000 g	M1	
N09	20 000 g	M1	
N10	20 000 g	M1	
N11	20 000 g	M1	
N12	20 000 g	M1	
N13	20 000 g	M1	
N14	20 000 g	M1	
N15	20 000 g	M1	
N16	20 000 g	M1	
N17	20 000 g	M1	
N18	20 000 g	M1	
N19	20 000 g	M1	
N20	20 000 g	M1	
N21	20 000 g	M1	
N22	20 000 g	M1	
N23	20 000 g	M1	

CONDITIONS DE VALIDITE DE LA VERIFICATION :

Sans objet

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :