



Siret : 392 701 033 00020

Code APE : 7120B

SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 330 736 €

LABORATOIRE DE METROLOGIE

BP 405 - F 07 004 PRIVAS Cedex

Tel : 04 75 64 16 16 Fax : 04 75 64 42 42

E-mail:artemis@artemis.fr http://www.artemis.fr

Dossier :

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

CALIBRATION CERTIFICATE

N° 21M0490

DELIVRE A : ARTEMIS - PESAGE MIDI PYRENEES F-31322 CASTANET TOLOSAN Cedex
ISSUED TO :

INSTRUMENT ETALONNE
CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : Lot de 10 masses de 500 kg à 2 000 kg
Designation :

Constructeur : INCONNU
Manufacturer :

Type : FONTE
Type :

N° de série/lot : 1 (CAMION 3)
Serial number :

N° d'identification : Voir ci-après
Identification number :

Date d'émission : 30 septembre 2021
Date of issue :

LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE
THE HEAD OF THE LABORATORY

SCHEUBER Christine

Ce certificat comprend 3 pages
This certificate includes 3 pages

LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N'EST AUTORISÉE QUE
SOUS LA FORME DE FAC-SIMILÉ PHOTOGRAPHIQUE INTÉGRAL
THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER
THAN IN FULL BY PHOTOGRAPHIC PROCESS

Accréditation n°2.1285
Portée disponible sur www.cofrac.fr



DESCRIPTION DU MATERIEL ETALONNE

Lot de masses parallélépipédiques en fonte

CONDITIONS D'ETALONNAGE

Les opérations d'étalonnages sont effectuées dans le Laboratoire de ARTEMIS, dans les conditions thermiques, hygrométriques et barométriques suivantes :

- température : $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
- hygrométrie : de 0% à 100%
- pression atmosphérique : $984 \text{ hPa} \pm 24 \text{ hPa}$

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées par comparaison à des masses étalons de travail raccordées aux masses de référence du laboratoire.

La méthode d'estimation de l'écart entre la masse étalon de travail E et la masse à étalonner M comporte une série de comparaisons EMME.

REMARQUE

Les résultats des mesures sont donnés en valeur conventionnelle conformément à la réglementation.

La valeur conventionnelle est définie dans la Recommandation Internationale D28 de l'OIML.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE :

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée. Les incertitudes-types ont été calculées en tenant comptes des différentes composantes d'incertitudes, étalons de référence, moyen d'étalonnage, conditions d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, répétabilité ...

Masse nominale	Masse conventionnelle	Incertitude	Identification Marquage	Remarques
500 kg	499,989 kg	0,016 kg	1	
1 000 kg	1 000,012 kg	0,033 kg	313	Ajustage Artémis
2 000 kg	2 000,018 kg	0,066 kg	1	Ajustage Artémis
2 000 kg	2 000,018 kg	0,066 kg	2	Ajustage Artémis
2 000 kg	1 999,998 kg	0,066 kg	3	Ajustage Artémis
2 000 kg	1 999,953 kg	0,066 kg	4	Ajustage Artémis
2 000 kg	1 999,990 kg	0,066 kg	5	Ajustage Artémis
2 000 kg	2 000,085 kg	0,066 kg	6	
2 000 kg	1 999,963 kg	0,066 kg	7	Ajustage Artémis
2 000 kg	2 000,003 kg	0,066 kg	8	Ajustage Artémis

Etalonnage réalisé par l'opérateur : *Christine SCHEUBER*

Date de l'étalonnage : 27/09/2021

La délivrance d'un certificat d'étalonnage portant le logotype Cofrac-Etalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unités SI.

La Section Etalonnage du COFRAC est l'un des signataires de l'accord multilatéral de EA (European Co-operation for Accreditation) de reconnaissance de l'équivalence des certificats d'étalonnage.

Dossier :

CONSTAT DE VERIFICATION

VERIFICATION CERTIFICATE

N° C-21M0490

DELIVRE A : ARTEMIS - PESAGE MIDI PYRENEES F-31322 CASTANET TOLOSAN Cedex
ISSUED TO :

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT

IDENTIFICATION OF THE INSTRUMENT

Désignation : Lot de 10 masses de 500 kg à 2 000 kg
Designation :

Constructeur : INCONNU
Manufacturer :

Type : FONTE
Type :

N° de série/lot : 1 (CAMION 3)
Serial number :

N° d'identification : Voir ci-après
Identification number :

CONDITIONS DE VERIFICATION

CONDITIONS OF VERIFICATION

Norme ou texte de référence : Décision n° 10.00.600.001.1 du 28 juin 2010
Reference standard or document : relative aux étalons dans le domaine du pesage

Procédure interne de vérification : PR ETAL M
Internal verification procedure :

Conditions d'environnement : Sans influence sur le classement
Environmental conditions :

Date de la vérification : 27/09/2021
Date of verification :

Date d'émission du constat : 30/09/21
Date of issue :

LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE
THE HEAD OF THE LABORATORY



SCHEUBER Christine

Ce document comprend 2 pages
This document includes 2 pages

LA DELIVRANCE D'UN CONSTAT DE VERIFICATION PORTANT LE LOGOTYPE COFRAC-
ETALONNAGE GARANTIT LE RACCORDEMENT DES RESULTATS D' ETALONNAGE AU SYSTEME
INTERNATIONAL D' UNITES SI
LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N'EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE
PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL

TRACEABILITY OF THE CALIBRATION RESULTS TO THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS SI IS
GUARANTEED BY A VERIFICATION CERTIFICATE WITH COFRAC LOGOTYPE
THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL BY PHOTOGRAPHIC
PROCESS

Accréditation n°2.1285
Portée disponible sur www.cofrac.fr

CONSTAT :
STATEMENT :

Il a été constaté que l'erreur de justesse (Ej) des masses ci-après identifiées (sauf celles non classées), augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure ou égale à l'erreur maximale tolérée (EMT) pour la classe définie par le texte cité en référence.

$$|Ej| + |U| \leq EMT$$

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Identification des masses	Masse nominale	Classe	Masse conventionnelle avant intervention
1	500 kg	M' 5000	
313	1 000 kg	M' 5000 après Ajustage Artémis	999,714 kg
1	2 000 kg	M' 5000 après Ajustage Artémis	1 999,850 kg
2	2 000 kg	M' 5000 après Ajustage Artémis	2 000,273 kg
3	2 000 kg	M' 5000 après Ajustage Artémis	2 000,173 kg
4	2 000 kg	M' 5000 après Ajustage Artémis	1 999,583 kg
5	2 000 kg	M' 5000 après Ajustage Artémis	2 000,526 kg
6	2 000 kg	M' 5000	
7	2 000 kg	M' 5000 après Ajustage Artémis	1 999,683 kg
8	2 000 kg	M' 5000 après Ajustage Artémis	1 999,830 kg

CONDITIONS DE VALIDITE DE LA VERIFICATION :

Sans objet

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :